

VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE – seduta del 18/09/2024

È stata verificata la documentazione tecnica presentata dai seguenti operatori economici, in termini di completezza e rispondenza a quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di Gara:

- AB Analitica srl
- Abbott Rapid Diagnostics srl
- Alifax srl

Si fanno le seguenti considerazioni:

Operatore Economico n. 1 – AB ANALITICA SRL
Si propone la non ammissione dell'operatore economico AB ANALITICA SRL alla successiva fase di attribuzione dei punteggi tecnici in quanto la documentazione presentata è stata ritenuta non conforme secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Tecnico.
Motivi di non conformità riscontrati: 1 – non viene dichiarata la scadenza del materiale alla consegna (durata > 12 mesi)

Operatore Economico n. 2 – ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL
Si propone l'ammissione dell'operatore economico ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL alla successiva fase di attribuzione dei punteggi tecnici in quanto la documentazione presentata è stata ritenuta conforme secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Tecnico.

Operatore Economico n. 3 – ALIFAX SRL
Si propone l'ammissione dell'operatore economico ALIFAX SRL alla successiva fase di attribuzione dei punteggi tecnici in quanto la documentazione presentata è stata ritenuta conforme secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Tecnico.

VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE – seduta del 25/09/2024

È stata verificata la documentazione tecnica presentata dai seguenti operatori economici, in termini di completezza e rispondenza a quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di Gara:

- Ivy Diagnostics srl
- Relab srl
- Technogenetics srl

Si fanno le seguenti considerazioni:

Operatore Economico n. 4 – IVY DIAGNOSTICS SRL
Si propone la non ammissione dell'operatore economico IVY DIAGNOSTICS SRL alla successiva fase di attribuzione dei punteggi tecnici in quanto la documentazione presentata è stata ritenuta non conforme secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Tecnico.
Motivi di non conformità riscontrati: 1 - non si evince il numero e la tipologia di confezionamento dei test del prodotto offerto 2 – non viene dichiarata la scadenza del materiale alla consegna (durata > 12 mesi)

Operatore Economico n. 5 – RELAB SRL
Si propone la non ammissione dell'operatore economico RELAB SRL alla successiva fase di attribuzione dei punteggi tecnici in quanto la documentazione presentata è stata ritenuta non conforme secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Tecnico.
Motivi di non conformità riscontrati: 1 - non si evince il numero e la tipologia di confezionamento dei test del prodotto offerto

Operatore Economico n. 6 – TECHNOGENETICS SRL
Si propone l'ammissione dell'operatore economico TECHNOGENETICS SRL alla successiva fase di attribuzione dei punteggi tecnici in quanto la documentazione presentata è stata ritenuta conforme secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Tecnico.

Al termine dell'esame della documentazione sono stati attribuiti i punteggi tecnici relativi alle offerte presentate dagli operatori economici:

OPERATORE ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE	PUNTEGGIO > 64/80
Abbott Rapid Diagnostics srl	79,81 su 80	SI
Alifax srl	72,49 su 80	SI
Technogenetics srl	68,93 su 80	SI

L'attribuzione dei punteggi è dettagliata nella tabella excel allegata.

La Commissione Giudicatrice

ANTONIO
MELIS
Dott. Antonio Melis

Firmato digitalmente da
ANTONIO MELIS
Data: 2024.09.26 13:45:12
+02'00'



VIVIANA GARAU
26.09.2024
14:06:51
GMT+01:00

Dott.ssa Viviana Garau



Ing. Christian Mura

MURA CHRISTIAN
Regione Autonoma
della Sardegna
26.09.2024
14:32:31
GMT+02:00

TABELLA PUNTEGGI OFFERTA TECNICA

NUMERO DI REPERTORIO (RDM)

CODICE CND

NOME COMMERCIALE PRODOTTO

CODICE PRODOTTO

					AB Analitica srl	Abbott Rapid Diagnostics srl	Alifax srl	Ivy Diagnostics srl	Relab srl	Technogenetics
					2263925	1836955	2263925			
					W0105090202	W0105090202	W0105090202			
					Test rapido a cassetta per HCV	BIOLINE™ HCV	HCV RAPID TEST CASSETTE - 40 TEST		Test Rapid Anti-HCV	INTEC HEP C RAPID TEST CARD (40)
					20-IHC-402	02FK17CE	HAB IHC-402			INTITP01153TC40
CRITERI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA	PUNTEGGIO	Q	D	T						
T1 - Controllo interno	No= 0 ; Si= 5			●		5	5			5
Q1 - Tempo reale della determinazione	Da 0 a 15 punti	●				15	7,5			4,95
Q2 - Specificità	Da 0 a 15 punti	●				15	15			15
Q3 - Sensibilità	Da 0 a 15 punti	●				14,89	15			15
T2 - Assenza di cross-reattività con altri virus	No= 0 ; Si= 5			●		5	5			5
Q4 - Accuratezza intervallo di confidenza	Da 0 a 8 punti	●				7,92	8			7,98
Q5 - Intervallo di confidenza	Da 0 a 7 punti	●				7	7			7
D2 - Semplicità di esecuzione	Da 0 a 5 punti		●			5	5			4
Q6 - Correlazione massima con test EIA HCV	Da 0 a 5 punti	●				5	4,99			5
TOTALE PUNTEGGI	80 max					79,81	72,49			68,93

Punteggio qualità ≥ 64/80

Discrepanza Q4 e Q5 con tabella CT -

Indicato in CT punteggio > 64/100 per

ammissione

GIUDIZIO DISCREZIONALE (D)	COEFFICIENTE
Eccellente	1
Ottimo	0,8
Buono	0,6
Più che sufficiente	0,4
Sufficiente	0,2
Insufficiente	0