

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI COLONNE PER ENDOSCOPIA CHIRURGICA 2D/4K E 3D/4K PER VARIE DISCIPLINE, DISPOSITIVI ACCESSORI, MATERIALE DI CONSUMO E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA.

I chiarimenti ed eventuali informazioni supplementari sulla gara sono visibili sui siti: www.aressardegna.it e www.acquistinretepa.it

CHIARIMENTO 20.12.2024

1) con riferimento alla seguente specifica tecnica “- *deve gestire flussi video/immagini 4K/ICG/PDD, in combinazione con gli specifici accessori, tramite interfaccia intuitiva*”, riportata alla voce n.4 (Videoprocessore UHD) dell'Appendice A Lotto 2 al Capitolato Tecnico, la stazione appaltante ritiene opportuno rendere il presente chiarimento, al fine di favorire una maggior comprensione delle esigenze dell'Amministrazione rappresentate nel Capitolato Tecnico. In particolare, la specifica dev'essere intesa nel modo seguente: il videoprocessore offerto dal concorrente deve poter gestire correttamente tutti i flussi video e delle immagini 4K, qualunque sia la configurazione degli accessori previsti nello specifico lotto e senza distinzione alcuna. Nel caso di specie, in particolare, non essendo previsti nella configurazione ordinabile sul Lotto 2 la fonte luce PDD o gli strumenti ottici/elettronici per videochirurgia (tipici ad es. della chirurgia/diagnostica di endoscopia urologica) la funzionalità di “gestione del flusso di immagini/video PDD” non è da considerarsi richiesta in offerta. È pertanto richiesto che il videoprocessore oggetto di offerta per il Lotto 2 debba gestire correttamente esclusivamente i flussi video/immagini in formato 4K e ICG, in combinazione con gli accessori previsti nella configurazione richiesta per il predetto Lotto.

II RUP

Ing. Marco Spissu