AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI DI CUI ALL'ELENCO 2B DELL'ALLEGATO 5 AL DPCM 12.01.2017

AVVISO DEL 24.01.2025
SDAPA 4954394
RISCONTRO QUESITI N.2

n.			
Q6	14/01/2025	LOTTO 5 a seguito di una ricerca da noi effettuata, non ci risulta presente sul mercato una carrozzina codice iso 12.22.03.003 in acciaio verniciato, che soddisfi anche i punti 1b (schienele tensionabile) e 1m (diverse misure di profondità). Alla luce di quanto sopra esposto, chiediamo: - confermate il materiale del telaio, ovvero ACCIAIO VERNICIATO, ma verrebbero meno le caratteristiche di cui al punto 1b e 1m oppure - confermate i punti 1b e 1m, ma in tal caso il materiale del telaio non sarebbe in acciaio ma bensì in alluminio. Ribadiamo che tale richiesta viene formulata a seguito di una nostra ricerca fatta sul mercato, e in base alla quale non sono emerse carrozzine che soddisfino tutte le caratteristiche da voi richieste. Nel caso in cui invece confermaste tutte le caratteristiche del capitolato tecnico e in base all'art.70 comma 3 del Codice degli appalti, chiediamo di indicare un modello tipo accompagnato dall'espressione "o equivalente".	A seguito di un'ulteriore verifica da parte del GTP sulle caratteristiche della carrozzina codice ISO 12.22.03.003 si precisa che: a) il telaio richiesto è in acciaio ma l'O.E può fornire materiale di qualità equivalente o superiore, in alluminio o altra lega leggera; b) non si confermano le caratteristiche richieste ai punti 1b e 1m.
Q7	14/01/2025	LOTTO 5 a seguito di una ricerca da noi effettuata, non ci risulta presente sul mercato una carrozzina codice ISO 12.22.18.003 che abbia le caratteristiche di cui ai punti 7b (schienale tensionabile) e 7m (due diverse misure di profondità). Alla luce di quanto sopra esposto e nel caso confermaste tutte le caratteristiche indicate nel capitolato tecnico e in base all'art.70 comma 3 del Codice degli Appalti, chiediamo di indicarci un modello tipo, accompagnato dall'espressione "o equivalente".	A seguito di un'ulteriore verifica tecnica da parte del GTP sulla carrozzina codice ISO 12.22.18.003 non si confermano le caratteristiche richieste ai punti 7b e 7.m.
Q8	**15/01/2025**	chiarimento su consegna siamo a chiedere quanto segue: chiediamo conferma che trattasi di consegna presso magazzini Asl e cosa intendete per ""o ad eventuale altra destinazione indicata dall'Azienda Sanitaria negli specifici ordinativi di acquisto inviati dai Servizi di Assistenza Protesica"". Nello specifico chiediamo a quale altra tipologia di destinatari fate riferimento e anche una stima del numero di queste altre spedizioni. Tale richiesta vi viene fatta nell'ottica di ottimizzare la nostra offerta economica. in relazione all formazione di cui all'art.6 dell0ì'Allegato Sub A, chiediamo la possibilità di offrire tale tipologia di servizio via web. In caso contrario chiediamo di indicarci il numero delle formazioni da fare che presumiamo essere una per ciascun magazzino Asl.	Si conferma che gli ausili dovranno essere consegnati presso i locali messi a disposizione dal gestore del Servizio Sanificazione della ASL di rifermento. Solo in casi eccezionali, non quantificabili a priori, potrà essere richiesta la consegna presso eventuale altra destinazione indicata dall'Azienda Sanitaria. In relazione alla formazione si precisa che dovrà essere erogata una sessione formativa iniziale presso la sede di ciascun magazzino. In caso di cambio del gestore del servizio sanificazione l'aggiudicatario dovrà rendersi disponibile ad erogare ulteriori sessioni di formative.
Q9	**16/01/2025**	[redacted] In particolare, rileviamo che: 1 Il bando richiede la fornitura obbligatoria di tre diverse tipologie di montascale LOTTO 7: Montascale mobile a ruote, a sedile Montascale mobile a ruote, per carrozzina Montascale mobile a cingoli, per carrozzina	La richiesta non può essere accolta. Si confermano gli atti di gara

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI DI CUI ALL'ELENCO 2B DELL'ALLEGATO 5 AL DPCM 12.01.2017

AVVISO DEL 24.01.2025
SDAPA 4954394
RISCONTRO QUESITI N.2

		2 Non è prevista la possibilità di presentare offerte per singoli articoli del Lotto 7, nonostante i prodotti richiesti siano tecnicamente ed economicamente distinguibili. Tale impostazione risulta limitativa della concorrenza per i seguenti motivi: Esclude dalla partecipazione Aziende specializzate nella produzione di specifiche tipologie di montascale; Non considera che la specializzazione produttiva può garantire maggiore qualità e affidabilità per specifiche tipologie di prodotto; Riduce potenzialmente il numero di partecipanti alla gara, limitando la possibilità per l'Amministrazione di ottenere le migliori condizioni di mercato. Pertanto, nell'interesse dell'Amministrazione e nel rispetto dei principi di massima partecipazione e concorrenza, si suggerisce di valutare la suddivisione del Lotto 7 della gara in lotti distinti, consentendo la partecipazione anche per singole tipologie di prodotto. Tale modifica permetterebbe: Una più ampia partecipazione di Aziende specializzate; La possibilità di selezionare i migliori prodotti per ogni specifica categoria; Un potenziale risparmio economico per l'Amministrazione; Una maggiore rispondenza ai principi di libera concorrenza e non discriminazione.	
Q10	**17/01/2025**	lotto 5. 1 Per il lotto 5.1 Carrozzina autospinta sulle ruote posteriori, pieghevole, le seguenti caratteristiche richieste, per lo meno le seguenti caratteristiche sono a volte presenti nelle carrozzine leggere in alluminio come: • Schienale tensionabile, • Larghezze misure disponibili in almeno due profondità differenti di seduta non sono compatibili con le carrozzine in acciaio e non si riescono a reperire ditte che le producano con queste caratteristiche. Pertanto siamo a chiedere se è possibile offrire una carrozzina in altro materiale leggero come l'alluminio, oppure chiediamo di stralciare tra i requisiti minimi i punti 1b e 1m.	A seguito di un'ulteriore verifica da parte del GTP sulle caratteristiche della carrozzina codice iso 12.22.03.003 si precisa che : a) il telaio richiesto è in acciaio ma l'O.E può fornire materiale di qualità equivalente o superiore in alluminio o altra lega leggera; b) non si confermano le caratteristiche richieste ai punti 1b e 1 m.
Q11	**17/01/2025**	LOTTO 5 per tutte le carrozzine , in riferimento a quale larghezza seduta va fornita la misura dell'ingombro limitato? E la campionatura delle carrozzine con quale larghezza seduta vanno campionate?	Il punteggio premiale legato al criterio "ingombro limitato" verrà attribuito per le carrozzine con codice ISO 12.22.03.003 e 12.22.03.006 sulla base delle schede tecniche presentate per ciascuna larghezza della seduta offerta. In merito al quesito relativo alla campionatura si comunica che seguirà successiva comunicazione.
Q12	**17/01/2025**	Richiesta chiarimenti per lotto 5 Carrozzine numero -1 rif. 12.22.03.003 CARROZZINA AD AUTOSPINTA SULLE RUOTE POSTERIORI, PIEGHEVOLE -7 rif. 12.22.18.003 CARROZZINA A SPINTA CON TELAIO PIEGHEVOLE VISTO CHE LE CARATTERISTICHE SONO MIGLIORATIVE PER IL PAZIENTE Il telaio delle carrozzine invece di essere in acciaio può essere in alluminio? E il telo schienale tensionabile e regolabile in altezza è requisito fondamentale o può essere telo schienale standard non tensionabile?	- il telaio richiesto è in acciaio ma l'O.E può fornire materiale di qualità equivalente o superiore in alluminio o altra lega leggera; -non si confermano i punti 1b e 7 b rispettivamente per le carrozzine codice ISO 12.22.03.003 e per le carrozzine codice ISO 12.22.18.003

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI DI CUI ALL'ELENCO 2B DELL'ALLEGATO 5 AL DPCM 12.01.2017

AVVISO DEL 24.01.2025
SDAPA 4954394
RISCONTRO QUESITI N.2

Q13	**17/01/2025**	CAMPIONATURA chiediamo di indicare l'indirizzo a cui va consegnata la campionatura come da capitolato.	Si precisa che la le ditte dovranno presentare la campionatura indicata in atti, successivamente alla scadenza delle offerte alla data e all'indirizzo che verrà comunicato tramite portale Consip. Vedasi articolo 5 PROVA PRATICA CAMPIONATURA dell'allegato sub A al capitolato d'Oneri.
Q14	**17/01/2025**	CHIARIMENTI Buonasera, di seguito le nostre richieste di chiarimento: 1. la campionatura deve essere presentata dopo la scadenza delle offerte, è possibile sapere entro quale data? 2. LOTTO 8: In caso di consegna a magazzino, di chi sarà la responsabilità dell'installazione del sistema ausiliario? 3. LOTTO 8: Gli eventuali interventi domiciliari saranno richiesti solamente per la formazione all'uso o anche per consegna e installazione? Nel caso fosse richiesta anche la consegna a domicilio, nei 15 gg, sono considerati anche i tempi di ritiro dell'ausilio del paziente per permettere alla ditta di installare il sistema ausiliario? In caso di ritiro del bene per l'installazione, la ditta aggiudicataria obbligata a fornire un muletto? 4. Che documentazione tecnica è richiesta? 5. Oltre alla garanzia di almeno 24 mesi è richiesta obbligatoriamente la garanzia full-risk di almeno 12 mesi	1) il luogo e la data di consegna della campionatura non sono ancora stati fissati. Il calendario delle prove pratiche verrà comunicato con successivo avviso sul portale Consip; 2) La responsabilità dell'installazione del propulsore è ascrivibile al gestore del servizio di sanificazione, fermo restando, tuttavia, l'obbligo dell'aggiudicatario di erogare un'adeguata formazione affinché il personale tecnico di suddetto servizio sia in grado di effettuare l'installazione dell'ausilio a regola d'arte, secondo le indicazioni del manuale del fabbricante, in modo che non possa in nessun modo inficiare la garanzia del bene. 3) In atti di gara è stata richiesta la possibilità di erogare la formazione direttamente all'utente. In merito all'installazione si rimanda al punto 2 lettera a) e lettera b) del presente riscontro. Salvo casi eccezionali, che verranno eventualmente concordati con la ASL di riferimento, i beni devono essere consegnati presso il magazzino aziendale. Nel caso di ritiro del bene per l'installazione la ditta aggiudicataria non è tenuta a fornire il muletto. 4) vedasi il Capitolato d'oneri da pag. 21, paragrafo 17-OFFERTA TECNICA. 5)In atti di gara, a seconda della tipologia di ausilio, è richiesta una garanzia che varia da 12 a 24 mesi con termini e condizioni indicati nell'Allegato Sub A - capitolato tecnico integrativo- paragrafo 8.
Q15	**21/01/2025**	in relazione al lotto 3, voci 2.d e 2.e, chiediamo di voler meglio specificare cosa intendete per "freno unidirezionale e progressivo" Con tale dicitura si intende generalmente che la frenata "progressiva" avvenga mediante leve di freno poste sul manubrio, ma poi voi al punto 2.d specificate che debba essere "senza leve o manopole di guida". Chiediamo cortesmente di specificare se la frenata progressiva la intendete con manopole sul manubrio oppure no.	Come da indicazioni inserite all'interno del nomenclatore l'ausilio deve essere privo di leve o manopole di guida; tuttavia l'ausilio dovrà essere dotato di freno unidirezionale e progressivo attivabile mediante leve.
Q16	**21/01/2025**	per il lotto 5 vanno campionati anche i seguenti aggiuntivi? Prolunga dello schienale o schienale regolabile Cuscinetto per lordosi per carrozzina Tavolo con incavo avvoltente Pedana elevabile a richiesta (destra, sinistra o entrambe)	Si conferma.
Q17	**21/01/2025**	Per i lotti 5-6-7-8 è prevista la prova pratica; vedasi l'articolo 6 - PROVA PRATICA-CAMPIONATURA dell'allegato sub A denominato "Integrazione Capitolato d'Oneri S.A". Come la documentazione contenuta nell'offerta tecnica, i campioni non dovranno mostrare alcun riferimento economico, pena l'esclusione del concorrente dal lotto di gara.	Si conferma.
Q18	**21/01/2025**	In riferimento alle caratteristiche migliorative del lotto 5 per quanto riguarda la carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori pieghevole La fornitura di ruotina antiribaltamento è da considerare a richiesta o occorre sia sempre inclusa? Se a richiesta è da considerarsi a pagamento o senza sovrapprezzo?	La fornitura del ruotino antiribaltamento, qualora offerta tra le caratteristiche migliorative dell'ausilio, non comporterà un sovraprezzo ma dovrà intendersi inclusa nel prezzo offerto.

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI DI CUI ALL'ELENCO 2B DELL'ALLEGATO 5 AL DPCM 12.01.2017

AVVISO DEL 24.01.2025
SDAPA 4954394
RISCONTRO QUESITI N.2

Q19	**22/01/2025**	Per trasparenza della procedura di gara chiediamo che vengano pubblicati anche tutti i quesiti delle altre potenziali aziende partecipanti (senza sapere chi le ha fatte) e tutte le relative risposte, perché dal portale Mepa non riusciamo a vedere nulla e ci sembra molto anomala.	Si ricorda che il timing di gara prevede la pubblicazione del verbale definitivo riepilogo quesiti e riscontri per il giorno 3.02.2025. Per venire incontro ai potenziali concorrenti, in data 14.01.2025, è stato pubblicato un primo avviso con il riscontro ai quesiti Q1,Q2,Q3,Q4,Q5 (vedasi la documentazione dello SDAPA) . A breve pubblicheremo gli altri quesiti esitati.
Q20	**22/01/2025**	La presente per informarvi che l'allegato 7 del solo LOTTO 3 non è formattato correttamente, in quanto non permette di inserire i decimali. Chiediamo cortesemente di ricaricarlo con la formattazione corretta.	Si allega, tra i documenti del lotto 3, il file allegato 7 lotto 3 formattato correttamente . Pertanto si invitano tutti gli operatori, che intendono presentare offerta per il lotto 3, a utilizzare la versione formattata che permette l'inserimento dei decimali.