AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI DI CUI ALL'ELENCO 2B DELL'ALLEGATO 5 AL DPCM 12.01.2017

AVVISO DEL 30.01.2025
SDAPA 4954394
RISCONTRO QUESITI N.4

n.			
Q32	**27/01/2025**	Si prega di specificare i dati identificativi del tributo per poter procedere a pagare l'imposta di bollo mediante f24	Il codice tributo per il pagamento dell'imposta di bollo è il seguente: 1552
Q33	**27/01/2025**	ART 11 DEL CAPITOLATO In caso di applicazione di un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, deve essere dichiarato già in questa fase attraverso una autodichiarazione da allegare fra i documenti aggiuntivi? Anche nell'allegato 3 "dichiarazione aggiuntiva" è presente lo stesso problema al paragrafo 7 "ulteriori dichiarazioni"; si può modificare il file in autonomia? Inoltre si evidenzia la non pertinenza della seconda parte sempre dell'art 11 in cui si impone di "assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente". Pregasi confermare che si tratta di un refuso.	No, non è necessario allegare un'autocertificazione. E' possibile indicare il CCNL applicato anche al paragrafo 7 "ulteriori dichiarazioni" dell'allegato 3 "dichiarazione aggiuntiva". Si conferma che la seconda parte dell' articolo 11 è un refuso.
Q34	**27/01/2025**	Il sistema non permette di caricare un'unica busta amministrativa, ed è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di partecipazione per ogni lotto. Quanti bolli bisogna pagare?	Un bollo per ogni istanza relativa al lotto per il quale si intende partecipare.
Q35	**27/01/2025**	NELL'ART 16.2 DEL CAPITOLATO D'ONERI viene indicato di firmare il DGUE con estensione p7m per conservarne il formato XML. Tuttavia la piattaforma CONSIP NON permette di caricare file con estensioni diverse dal PADES e dal PDF. Di conseguenza presentare il DGUE in PDF è l'unica possibilità per caricare l'offerta. Le medesime considerazioni valgono anche per i documenti dell'offerta economica di cui alla lettera B) dell'art 18, che NON possono essere caricati in EXCEL nè tantomeno firmati in p7m .	Non possono essere caricati files con formati differenti da quelli richiesti in atti di gara, nello specifico: -Il file DGUE deve essere obbligatoriamente in formato XML, firmato in p7m CADES. Si confermano, pertanto le previsioni dell'articolo 16.2 del capitolato d'oneri. -Il file dell'offerta economica (art 18 lettera B)) deve essere obbligatoriamente in formato Excel, firmato in p7m CAdES; Il supporto Consip, contattato dalla scrivente SA, non ha riscontrato anomalie legate al caricamento dei files in piattaforma; in caso di malfunzionamenti l'O.E deve contattare il call center ai numeri dedicati e aprire un ticket.
Q36	**27/01/2025**	ART 29 - GARANZIA DEIFNITIVA Attesa la genericità della previsione contenuta nel capitolato di gara, si chiede conferma circa l'ammontare della eventuale garanzia definitiva da prestare; che dovrebbe corrispondere al 10% dell'importo contrattuale al netto di eventuali proroghe e/o quinti d'obbligo, salve le riduzioni previste dall'art 106 del codice degli appalti. Si chiede inoltre conferma circa la non applicazione del comma 2 del citato art 117, non essendo applicabile alla tipologia di AS.	Si confermano entrambi i punti;
Q37	**27/01/2025**	DOCUMENTAZIONE ECONOMICA - Si invita la stazione appaltante a ricontrollare tutti gli allegati 7, perché sono stati riscontrati errori di formattazione in altri lotti e non soltanto nel lotto 3; e non soltanto a livello numerico ma anche nelle intestazioni (non si può inserire lo zero della partita iva ad esempio) e a piè di pagina (non è possibile compilare le dichiarazioni complementari).	Stiamo verificando tutti i file dell'allegato 7. A breve pubblicheremo, nella sezione di ogni lotto, il file corretto.
Q38	**27/01/2025**	1. Per la partecipazione alla gara d'appalto si richiede che "l'operatore economico dovrà possedere un fatturato globale del 30% del valore posto a base d'asta." specificando che ""Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.". Siamo una farmacia a conduzione familiare dal 1952 ma il 01/01/2024 abbiamo cambiato ragione sociale e partita iva. Dobbiamo quindi considerarci una nuova attività? In caso di risposta affermativa, come verrebbe calcolato il rapporto del fatturato maturato fino ad ora? (se per esempio il Valore di fatturato globale maturato nel triennio precedente a quello della data di invio della lettera	1) L'operatore per partecipare alla gara dovrà possedere un fatturato globale pari al 30% della base d'asta per ogni singolo lotto, rapportandolo al periodo di attività effettivamente svolto, cioè dal 1/01/2024. 2) si chiarisce che nel caso di specie non si tratta di avvalimento, bensì di sub-contratti di fornitura. 3)È opportuno premettere che Ares Sardegna opera in qualità di Centrale di Committenza per la gestione di sistemi dinamici di acquisizione. Invero, secondo l'art. 1 del Capitolato d'oneri, le Aziende Ospedaliere interessate stipuleranno, previa adesione alla convenzione, i singoli contratti attuativi ed emetteranno gli ordinativi di fornitura di competenza.

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI DI CUI ALL'ELENCO 2B DELL'ALLEGATO 5 AL DPCM 12.01.2017

AVVISO DEL 30.01.2025
SDAPA 4954394
RISCONTRO QUESITI N.4

		di invito è di 311.231,40 €, quale dev'essere il nostro fatturato annuo minimo?) 2. Essendo noi una farmacia forniremmo ausili acquistandoli da ditte terze. Noi ci occuperemmo di formulare la domanda di partecipazione, di formulare l'offerta economica e di provvedere alla consegna degli ausili (ovviamente in caso di vittoria della gara) acquistati dalle suddette ditte. Questo è considerato "procedura di avvalimento"? 3. Quali sono i termini di pagamento da parte di Ares Sardegna? 4. Nel capitolato d'oneri si riporta che "Ares Sardegna si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per ARES" Ares potrebbe risolvere la Convenzione anche dopo aver formulato un ordinativo, prima che questo venga consegnato? Ares provvederebbe al pagamento di quest'ultimo ordinativo nel caso in cui noi avessimo già provveduto ad effettuare l'ordine alle ditte terze? 5. Nel capitolato d'oneri si riporta che "I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti al par. 3.2 e del par. 5.5 del Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo dello SDA." tuttavia il capitolato d'oneri non presenta il paragrafo 5.5 ed il 3.2 fa riferimento ad altro. A quale capitolato si fa riferimento?	Pertanto, saranno le singole Aziende Ospedaliere, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 231/2002, ad ottempera all'obbligo di pagamento entro i 60 gg dalla data del ricevimento delle fatture. 4) Come su esposto, Ares Sardegna opera quale soggetto di committenza ai fini della centralizzazione della gara, pertanto quanto indicato nell'art. 4.1. del Capitolato d'oneri A.S. rappresenta una clausola risolutiva espressa Ares, pertanto, non emetterà NSO ma sarà responsabile del procedimento di gara fino al provvedimento di aggiudicazione. Gli ordinativi verranno emessi dalle aziende sanitarie indicate al l'articolo 1 del Capitolato d'oneri. 5) Al Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo CONSIP la fornitura di beni e servizi per la sanità - ID 2676
Q39	**28/01/2025**	Al capitolo 17 Offerta Tecnica del Capitolato d'Oneri a pag. nr. 22 è indicata la possibilità di inserire in piattaforma la "relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali "con dichiarazione contenenti i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza. Premesso che in piattaforma le sezioni per sottoporre l'offerta tecnica sono abilitate per l'inserimento di un solo file, si chiede di specificare dove poter inserire il file ai fini della corretta presentazione della relazione tecnica con parti oscurate o se può andare bene inserirla nello slot "eventuale ulteriore documentazione". Si chiede di abilitare la possibilità di inserire in piattaforma più file per singola sezione oppure comunicare come poter eseguire tale inserimento onde evitare possibili fraintendimenti. In attesa di Vs. cortese risposta, porgiamo distinti saluti."	Si accoglie la richiesta. Si inserirà, per ogni lotto, una sezione dedicata all'offerta tecnica con le parti oscurate.
Q40	**28/01/2025**	Lotto 1 - Si richiede di rivedere le dimensioni degli ingombri indicate per i letti (cod. ISO 18.12.07.003 - 18.12.07.006 - 18.12.10.003 - 18.12.10.009), in modo da permettere una più ampia partecipazione. Viene richiesta infatti una rete con dimensioni non inferiori a 190x90 cm, misure non compatibili con gli ingombri richiesti. • Lotto 1 - Con riferimento alle Sponde per letto (cod. ISO 18.12.27.003), si chiede di chiarire con i letti ortopedici. Vengono riportate infatti entrambe le caratteristiche, che risultano essere incompatibili tra di loro. • se la richiesta verta sulle sponde universali o sulle sponde con gancio a molla da utilizzare Lotto 2 - Si chiede conferma sulle misure richieste per il materasso ventilato in espanso composito (cod. ISO 04.33.06.006), per la precisione si chiede se l'offerta dovrà riportare due misure di larghezza per ogni lunghezza proposta. • Lotto 2 - Nel materasso a bolle d'aria (cod. ISO 04.33.06.015) viene riportata la caratteristica tecnica 2.c) Autoclavabile; si ritiene tale caratteristica non necessaria, in quanto tale tipologia di materassi viene solitamente utilizzato da un unico utente. Si richiede pertanto di rimuovere la sopracitata caratteristica in modo da abbattere sensibilmente i costi.	-Lotto 1 - COD ISO 18.12.07.003 - 18.12.07.006 - 18.12.10.003 - 18.12.10.009 Sarà accettata una tolleranza del 10% rispetto alle dimensioni indicate. -Lotto 1 - COD. ISO 18.12.27.003 Si precisa che alla voce 5a viene richiesta "sponda universale ribaltabile con ganci a molla"; il termine "tipo telescopico" è da considerarsi un refuso. -Lotto 2 - COD ISO 04.33.06.006 Si richiede di offrire gli ausili con almeno due differenti misure, che possono differire o in lunghezza o in larghezza. La richiesta è motivata dalla necessità di adeguare le dimensioni del materasso a quelle dei letti del lotto 1. -Lotto 2 - COD ISO 04.33.06.015 La richiesta non può essere accettata, si confermano gli atti di gara. -Lotto 7 - COD ISO 18.30.08.003 - 18.30.08.006 - 18.30.08.009 Si accetta una tolleranza del 10% rispetto ai limiti inseriti in atti di gara.

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI DI CUI ALL'ELENCO 2B DELL'ALLEGATO 5 AL DPCM 12.01.2017

AVVISO DEL 30.01.2025
SDAPA 4954394
RISCONTRO QUESITI N.4

		• Lotto 7 - Si chiede di aumentare il limite di peso delle tre tipologie di montascale richieste (cod. ISO 18.30.08.003 - 18.30.08.006 - 18.30.08.009) in modo tale da permettere la partecipazione al bando di gara con prodotti qualitativamente migliori, oppure di prevedere una tolleranza sul peso richiesto. • Lotto 7 - Si chiede di modificare i punti 2.s) e 3.r) relativi rispettivamente al Montascale mobile a ruote, per carrozzine (cod. ISO 18.30.08.006) e al Montascale mobile a cingoli, per carrozzina (cod. ISO 18.30.08.009), in quanto per poter utilizzare tali montascale con carrozzine dotate di schienali posturali o carrozzine superleggere, non è sufficiente utilizzare solamente degli accessori, ma devono essere utilizzati altre tipologie di montascale (con altri ingombri, pesi etc.). ALLEGATO SUB A (Integrazione Capitolato d'Oneri S.A. - ART. 5 • Con riferimento alla prova pratica-campionatura, si richiede se per il Lotto 5, nel quale sono previsti degli aggiuntivi prescrivibili, la prova verta anche su tali aggiuntivi o solamente sugli ausili principali (per i quali viene attribuito un punteggio qualitativo). CAPITOLATO D'ONERI - Tabella di valutazione dell'offerta • Lotto 1 - Con riferimento al criterio di valutazione 4.i) Presenza di supporti porta sacche bilaterali per drenaggio relativo al Letto elettrico con movimentazione elettrica dell'altezza (cod. ISO 18.12.10.009 [4]), si chiede di chiarire cosa si intenda per tale accessorio. • Lotto 4 - Con riferimento al criterio di valutazione 3.c) Ampiezza del range di regolabilità altezza delle impugnature, si chiede di chiarire se nel valore di tale range possa essere inserito anche l'eventuale valore di regolazione della base (ad es. base regolabile di 10 cm, impugnature regolabili di 10 cm, ampiezza del range di regolazione 20 cm). • Lotto 4 - Con riferimento ai criteri di valutazione 4.b) - 5.b) Telaio smontabile relativi ai girelli per deambulazione (cod. ISO 12.06.12.003 [11] - 12.06.12.006 [12]), si chiede di chiarire per quali parti dei deambulatori si richieda tale caratteristica. • Lotto 6 - Con riferimento al criterio di valutazione 1.c) Sistema anti basculamento relativo al Sollevatore elettrico (cod. ISO 12.36.03.006 [13]) si chiede di chiarire cosa si intenda per il sistema stesso.	-Lotto 7 - COD ISO 18.30.08.006 - 18.30.08.009 La richiesta non può essere accettata, si confermano gli atti di gara. La fornitura di accessori necessari per l'ancoraggio di tipologie particolari di carrozzine, non verrà considerata nel calcolo degli ingombri e del peso, considerati per l'ausilio standard. ALLEGATO SUB A -ART 5 - Si conferma. Vedasi riscontro Q16 CAPITOLATO D'ONERI Lotto 1 - COD. ISO 18.12.10.009 Ci si riferisce ad un supporto per appendere al letto eventuali sacche di drenaggio. Lotto 3 - COD. ISO 12.06.09.003 La richiesta non può essere accolta. SI confermano gli atti di gara. Lotto 3 - COD. ISO 12.06.12.003 - 12.06.12.006 Si ribadisce che il prodotto offerto dovrà avere un telaio smontabile per agevolarne il trasporto in auto. Non è possibile identificare a priori la tipologia di parti smontabili in quanto presenti sul mercato differenti soluzioni. Lotto 6 - COD. ISO 12.36.03.006 Per sistema "antibasculamento" si intende un sistema atto a ridurre l'oscillazione del paziente durante le operazioni di movimentazione dello stesso, in modo da garantire la stabilità, l'ergonomia e il confort dell'assistito.
Q41	**28/01/2025**	SPETT.LE S. A. IN MERITO AL LOTTO 1 CON COD. ISO 18.12.07.003 E' POSSIBILE OFFRIRE UN LETTO MIGLIOREATIVO CON RUOTE ?	La richiesta non può essere accolta. Come da Nomenclatore tariffario al COD. ISO 18.12.07.003 corrisponde "Letto articolato a due snodi e due manovelle, pieghevoli e rientranti, a regolazione manuale, senza ruote".
Q42	**28/01/2025**	SPETT.LE S. A. IN MERITO AL LOTTO 5 , CARROZZINA 12.22.03.003 (CARROZZINA IN ACCIAIO) E' POSSIBILE OFFRIRLA IN LEGA LEGGERA?	Si conferma. Vedasi riscontro a Q6 lett. A
Q43	**28/01/2025**	si porta all'attenzione la richiesta di cui al questionario tecnico caratteristiche migliorative, Lotto 1 – Letti, punto 4.h "Presenza di allarmi acustici e/o visivi per letto non frenato e batteria scarica": si tratta di una caratteristica specifica per letti ospedalieri di alto livello. Non è prevista nel Nomenclatore e non esiste su letti destinati all'ambiente domiciliare, come da indicazioni contenute nelle normative ISO specifiche per letti domiciliari. Chiediamo pertanto se si tratti di un refuso, oppure se la S.A. intenda acquistare letti che non siano per uso domiciliare ma ospedaliero.	Si confermano gli atti di gara. Trattasi di caratteristica migliorativa, non inserita tra le caratteristiche minime richieste.

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI DI CUI ALL'ELENCO 2B DELL'ALLEGATO 5 AL DPCM 12.01.2017

AVVISO DEL 30.01.2025
SDAPA 4954394
RISCONTRO QUESITI N.4

Q44	**28/01/2025**	in riferimento al lotto n° 5 "carrozzine standard", si chiede di chiarire se sia un refuso la richiesta della caratteristica dello schienale tensionabile e delle due misure di profondità, in quanto tali specifiche sono incompatibili con quelle di una carrozzina standard.	Vedasi riscontro al quesito Q6 lett.b.
Q45	**28/01/2025**	in riferimento al Questionario tecnico, lotto n. 7, codice ISO 18.30.08.009 Montascale mobile a cingoli per carrozzina, si chiede di chiarire se sia un refuso la previsione di cui al punto 3.r "Deve essere prevista la fornitura di tutti gli accessori necessari per garantire la possibilità di ancoraggio anche di carrozzine con schienali posturali, carrozzine da transito, passeggini, carrozzine leggere e superleggere" in considerazione del fatto che NON è possibile agganciare ogni tipo esistente di carrozzina, in quanto non tutte le carrozzine sono compatibili per caratteristiche intrinseche. Ad esempio, si rappresenta che le carrozzine superleggere non sono compatibili con i montascale a cingoli, avendo le pedane fisse e non mobili. Sarebbe necessario in quel caso aggiungere le rampe ma poi si sforerebbe con il peso massimo consentito dell'ausilio (60kg).	Lotto 7 - COD ISO 18.30.08.009 La richiesta non può essere accettata, si confermano gli atti di gara. La fornitura di accessori necessari per l'ancoraggio di tipologie particolari di carrozzine, non verrà considerata nel calcolo degli ingombri e del peso, considerati per l'ausilio standard. Si evidenzia che si accetta una tolleranza del 10% rispetto ai limiti di peso inseriti negli atti di gara.