

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AUSILI PER DISABILI DI CUI ALL'ELENCO 2B DELL'ALLEGATO 5 AL DPCM 12.01.2017

AVVISO DEL 14.01.2025

SDAPA 4954394

RISCONTRO QUESITI N.1

n.	RICHIESTA CHIARIMENTO		RISCONTRO
Q1	27/12/2024	con la presente si chiede informazione in merito agli ordinativi (avverranno scaglionati nell'arco dell'anno?) e alla consegna (si può consegnare mezzo corriere? presso magazzini? o presso domicilio?)	Le quantità annuali e triennali, indicate nell'allegato 6-scheda riassuntiva quantitativi, sono presunte pertanto gli ordinativi verranno disposti esclusivamente sulla base delle effettive necessità delle aziende aderenti alla convenzione. L'aggiudicatario, pertanto, dovrà fornire nel corso del periodo di vigenza contrattuale solo le quantità richieste, qualunque sia l'importo dell'ordine, senza sollevare eccezioni. Gli ausili dovranno essere consegnati presso i locali messi a disposizione dal gestore del Servizio Sanificazione, gestione e consegna dei beni protesici della ASL che ha emesso l'ordinativo di fornitura. Per il dettaglio si veda la documentazione di gara e in particolare l'allegato sub A -Integrazione Capitolato d'oneri.
Q2	2/01/2025	con la presente siamo a chiedere se gli ausili andranno consegnati presso le asl di zona oppure è prevista anche la consegna presso il domicilio dell'assistito	Gli ausili dovranno essere consegnati presso i locali messi a disposizione dal gestore del Servizio Sanificazione, gestione e consegna dei beni protesici della ASL che ha emesso l'ordinativo di fornitura.
Q3	9/01/2025	LOTTO 4 In relazione alle sedie comode, si chiede le possibilità di fornire i dispositivi solo nella versione con foro centrale ad "U"	Non è possibile fornire i dispositivi solo nella versione con foro centrale a "U". Gli ausili devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti obbligatori funzionali e tecnici minimi indicati negli atti di gara.
Q4	9/01/2025	LOTTO 4 In relazione al RIALZO RIMOVIBILE MORBIDO cod. ISO 09.12.15.003, si chiede la possibilità di fornire l'articolo nell'altezza da 6 cm. fermo restando tutte le altre caratteristiche.	Non è possibile fornire il rialzo mobile morbido cod. ISO 09.12.15.003 nell'altezza di 6 cm. Gli ausili devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti obbligatori funzionali e tecnici minimi indicati negli atti di gara.
Q5	9/01/2025	LOTTO 5 1) in relazione al punto 1.b, chiedete lo schienale tensionabile e regolabile in altezza e al punto 1.m chiedete due misure di profondità. Trattandosi di una classica carrozzina "standard" ad autospinta, si tratta di refuso? 2) in relazione al punto 7.b chiedete schienale tensionabile e al punto 7.m chiedete due misure di profondità. Trattandosi di una classica carrozzina "standard" da transito, si tratta di refuso? 3) in relazione al punto 8.l chiedete una profondità di 40 cm con tolleranza 2 cm., ma pur trattandosi di carrozzina a telaio rigido, le dimensioni della profondità sono equiparabili a quelle di una classica sedia comoda, ovvero circa 48 cm. Si tratta di refuso? Oppure, in caso contrario è possibile offrire una carrozzina con profondità 48 cm?	1) No, non si tratta di un refuso. Si confermano gli atti di gara. 2) No, non si tratta di un refuso. Si confermano gli atti di gara. 3) Si conferma che al punto 8.l "del file Allegato 2 Questionario tecnico Lotto 5 (caratteristiche minime) l'indicazione: "profondità 40 cm con tolleranza 2 cm " è un refuso. Si consideri la possibilità di offrire una carrozzina con una profondità variabile da 40 a 50 cm.