

Allegato A**ALLEGATO TECNICO**

ARES Sardegna ha avviato ai sensi dell'art. 77 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 la presente consultazione preliminare di mercato al fine di consentire la realizzazione del progetto, e la stesura del capitolato per la procedura di affidamento relativa alla fornitura in leasing operativo, comprensivo di assistenza full risk e full service, di automezzi da adibire al servizio di emergenza urgenza sanitaria e al trasporto ospedaliero per le aziende sanitarie della Sardegna.

La presente consultazione preliminare di mercato art. 77 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, si pone l'obiettivo di indagare il mercato in merito alla fornitura di ambulanze aventi le seguenti caratteristiche:

Ambulanza allestita secondo lo standard UNI EN1789/2020 e successivi aggiornamenti, di tipo C, di nuova immatricolazione non inferiore a luglio 2025 e con omologazione per il trasporto di minimo di 6 persone compreso il conducente, al momento della fornitura l'automezzo deve essere comunque compatibile con le normative vigenti.

- MTT (massa complessiva a pieno carico) 3500 Kg., al fine di consentire l'utilizzo del veicolo con la sola patente b)
- Guida a sinistra;
- Cilindrata \geq a 2000 cc;
- Potenza \geq a 170 cv;
- Classe ambientale Emissioni di CO₂ non inferiori a Euro 6;
- Servosterzo elettrico;
- Sospensioni anteriori meccaniche indipendenti;
- Sospensioni posteriori devono essere regolabili;
- Raffreddamento obbligatorio come previsto da normativa EN1789/2020;
- Riscaldamento obbligatorio come previsto da normativa EN1789/2020;
- Colore della carrozzeria dell'ambulanza secondo la normativa EN1789/2020 vigente al momento della fornitura;
- ADAS dispositivi minimi obbligatori per legge.

Caratteristiche Allestimento Esterno

La dicitura "Ambulanza" di dimensione tale che sia ben visibile e riportata nel cofano motore, scritta in modo speculare tale da essere leggibile dallo specchietto retrovisore del veicolo che precede. Il Simbolo internazionale di soccorso come riportato nell'allegato tecnico del D.M. 17.12.1987 n. 553 (croce di Esculapio) da posizionare secondo la normativa EN1789/2020 sulle fiancate laterali ed inoltre sul tetto del veicolo, che copra l'80% della larghezza del mezzo, in posizione centrale.

Impianto gas medicali secondo la normativa vigente ed applicabile EN1789/2020 e conformi alla direttiva Dispositivi Medici 93/42/CEE e s.m.i