

LOTTO		Descrizione prodotto	Unita' di misura	ASL n. 1 Sassari	ASL n. 2 della Gallura	ASL n. 3 di Nuoro	ASL n. 4 dell'Ogliastra	ASL n. 5 di Oristano	ASL n. 6 del Medio Campidano	ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente	ASL n. 8 di Cagliari	Azienda Ospedaliero Universitaria Sassari	Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari	Quantita prodotto ARNAS G. Brotzu	Q.tà annuale	Q.tà quadriennale
1	1.1	Coprisonda monouso in polipropilene, compatibili con il termometro di cui alla voce 2). Non sterile, latex free, senza BPA. Devono essere di forma anatomica - Misura: adulto, pediatrico e neonatale (o misura unica se conformabili ad ogni cavità auricolare) - Devono garantire il monitoraggio preciso ed igienico, devono evitare il rischio di contaminazioni crociate. Devono essere confezionati e predisposti in modo tale da garantire la massima sicurezza di igiene sia per il paziente che per l'operatore.	Pezzo	220.000	200.000	400.000	55.000	200.000	400.000	215.000	800.000	500.000	1.200.000	480.000	4.670.000	18.680.000
	1.2	Termometro auricolare a raggi infrarossi per uso professionale o ospedaliero, con display a cristalli liquidi, utilizzabile per pazienti adulti, pediatrici e neonati. Con corpo in materiale antiurto e tale da consentire la pulizia con i comuni detergenti. Con accuratezza della misurazione di ± 0,2°C circa. Dotato di tasto rilevazione ed espulsione del coprisonda. Breve tempo di rilevazione temperatura. Con stazione di ricarica e batteria ricaricabile. Lo strumento si intende fornito in uso gratuito sino alla scadenza del contratto. La ditta, per l' apparecchio proposto deve assicurare, senza ulteriori oneri per l'Azienda, la manutenzione ordinaria e straordinaria e comunque garantire l'utilizzo del dispositivo medico richiesto, con sostituzione gratuita dei dispositivi non funzionanti, con eventuale calibratore di sistema, ad uso gratuito, per controllare e ricalibrare il termometro. Istruzioni chiare e dettagliate in lingua italiana.	Pezzo	250	110	160	80	150	160	80	480	250	160	200		2.080